



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  
آزمایشگاه مرجع سلامت

بسمه تعالی

شماره ۳/۷/۳۰۳  
تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۹  
پوست ندارد

..... معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی

..... معاون محترم بهداشت دانشگاه علوم پزشکی

**موضوع:** درخواست جمع‌آوری کیت غیرمجاز ELISA (E<sub>3</sub>) Free Estriol محصول کمپانی (RD) Ratio Diagnostics

با سلام و احترام

عطف به نامه شماره ۶۶۴/۱۲۸۲۹۶ د مورخ ۹۵/۱۲/۲۸ مدیر کل محترم نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی، به استحضار می‌رساند؛ کیت ELISA (E<sub>3</sub>) Free Estriol محصول کمپانی (RD) Ratio Diagnostics که توسط برخی از افراد سودجو و توزیع کنندگان فاقد مجوز در آزمایشگاه‌های سطح کشور توزیع شده است، فاقد هرگونه مجوز ورود و ترخیص از اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی بوده و تاکنون در این اداره کل مورد ارزیابی کیفیت و عملکرد قرار نگرفته است. بنابراین استفاده از آنها غیرمجاز و تخلف محسوب می‌شود.

لذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اطلاع رسانی به آزمایشگاه‌های تحت پوشش آن دانشگاه، چنانچه کارشناسان محترم اداره امور آزمایشگاه‌های دانشگاه در بازدیدهای خود چنین محصولاتی را مشاهده نمودند، ضمن جمع‌آوری محصول، مستندات فروش کالا را به اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی ارسال نمایند.

دکتر سیامک میراب سمیعی  
مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت

آدرس: خیابان نوفل لوشاتو نرسیده به خیابان حافظ، کوچه کیخسرو شاهرخ پلاک ۴۸ آزمایشگاه مرجع سلامت

نمابر: ۶۶۷۲۸۱۲۱

تلفن: ۳۰ و ۶۶۷۵۰۰۱۰